



KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Ajánlatkérő neve: Betegápoló Irgalmas Rend - Budai Irgalmasrendi Kórház (1023 Budapest, Frankel Leó út 54.)

Eljárás tárgya: „Adásvételi szerződés Keresztény Családi Centrum orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában 2017”

Eljárás típusa: Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ajánlatkérő a fenti tárgyban a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017.12.15. napján, melynek ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2017/S 243-505869 számon, 2017.12.19. napján jelent meg. Ajánlatkérő a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre az alábbi válaszokat adja meg:

I. 2018.01.12. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés

1. Kérdés:

| | | | | | |
|------|-----------------------|------|--|--|------|
| Név: | Telemetriás egység | | | | 2 db |
| | Beépített wi-fi modul | Igen | | | |

„Kérjük a beépített WI-FI modul helyett olyan telemetriás egység elfogadását is, amely a szabványos által meghatározott frekvenciasávon működik, lényegesen csökkenti annak veszélyét, hogy külső egyéb WI-FI-t használó pl. irodai eszközök, számítógépek, nyomtatók WI-FI jelei zavart okozzanak a betegellátásban.”

Válasz:

K19.2101 A WI-FI kommunikáció azért került kiválasztásra, mert a kórház informatikai háttere megfelelő szakmai támogatást tud nyújtani a megfelelő hálózat kialakításához. A kórházunk az egészségügyi ellátáshoz használt említett irodatechnikai eszközök nem találhatóak meg nagy számban és ezek is kábelesen csatlakoznak a hálózathoz. Továbbá a wi-fi technológia jelen fejlettségében és megfelelő protokollok alkalmazásával képes a kívánt zajsűrésre, az említett hiba jelenség nem jellemző.

II. 2018.01.23. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés

1. Kérdés:

„1.rész

Centrifuga

Kérdésünk: elfogadja-e Kíró az alábbi - nem lényegi - eltérést a kért paraméterektől?”



| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| | Max. RCF 3000 x g | Igen, kérjük megadni! | Kilendülő rotorral: max 3,260 x g |
| | Energiafelhasználás max. 250 W | Igen, kérjük megadni! | max: 310 W |
| | Súly (tartozékok nélkül) max. 30kg | Igen, kérjük megadni! | 35 kg |

Válasz:

K52.2106 Kérjük a műszaki leírásnak megfelelő, kisebb teljesítmény adatokkal rendelkező termék megajánlását.

2. Kérdés:

„továbbá kérdezzük: a rotort milyen kialakítású csőhöz kérik?”

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|
| | Rotor min. 8 db 15 ml-es csőhöz | Igen, kérjük megadni! | 8 db 15 ml kónikus aljú centrifuga csőhöz, vagy 16 db 10/15 ml vérvételi csőhöz. (adapter függő) |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|

Válasz:

K22.2106 U-alakú.

Tisztelettel:


dr. Nagy-Zsolt
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő
Lajstromszám: 00670
1203 Budapest, Téglagyártó u. 15/B. fsz.:2

dr. Nagy-Zsolt Ildikó
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00670

a Betegápoló Irgalmas Rend - Budai Irgalmasrendi Kórház, mint Ajánlatkérő képviselőjében és nevében eljárva